
AK braese, T.K?¶hler, KT-45




```
Current Data Parameters
NAME          Feb02-2024
EXPNO               1074
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20240204
Time                2.44 h
INSTRUM       Avance NEO
PROBHD    Z116098_0874 (
PULPROG        deptsp135
TD                 65536
SOLVENT            CDCl3
NS                   256
DS                     8
SWH            16129.032 Hz
FIDRES          0.492219 Hz
AQ             2.0316160 sec
RG                   101
DW                31.000 usec
DE                 6.50 usec
TE                298.0 K
CNST2        145.0000000
D1             2.00000000 sec
D2             0.00344828 sec
D12            0.00002000 sec
TD0                    1
SFO1         100.6208175 MHz
NUC1                 13C
P1                10.00 usec
P13             2000.00 usec
PLW0      0 W
PLW1         69.81300354 W
SPNAM[5]     Crp60comp.4
SPOAL5             0.500
SPOFFS5   0 Hz
SPW5         10.66699982 W
SFO2         400.1316005 MHz
NUC2                 1H
CPDPRG[2         waltz65
P3                 9.82 usec
P4                19.64 usec
PCPD2             90.00 usec
PLW2         16.00000000 W
PLW12         0.19047999 W

F2 - Processing parameters
SI                 32768
SF           100.6127685 MHz
WDW                   EM
SSB       0
LB                 1.00 Hz
GB        0
PC                 1.40
```