Display Report

Analysis Info

Analysis Name	D:\Data\AC\AHP\Conrads\CC-273-2-ESI-pos-1.d	Acquisition Date	1/19/2022 9:49:29 AM
Method	ESI-kleine Massen - 2.m	Operator	tof user
Sample Name	CC-273-2-pos-1	Instrument	maXis II 1828979.22385
Comment	MeCN		

Acquisition Parameter

Source Type	ESI	Ion Polarity	Positive	Set Nebulizer	0.4 Bar
Focus	Not active	Set Capillary	4500 V	Set Dry Heater	180 °C
Scan Begin	50 m/z	Set End Plate Offset	-500 V	Set Dry Gas	4.0 l/min
Scan End	3000 m/z	Set Charging Voltage	2000 V	Set Divert Valve	Waste
		Set Corona	0 nA	Set APCI Heater	0 °C

